


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции**

431722, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул.Республиканская, д.18
адрес места осуществления деятельности в заявительной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA RU.710004 от 08.04.2015г.

Ф 02-15 СИ.ОИ.02-02



Руководитель (заместитель)

Органа инспекции

Чусанов В.Н.(Ф.И.О.)

31.12.2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний

№ 699 от 31.12 2018 г.

Наименование объекта: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения РМ «Ардатовский психоневрологический интернат».

Адрес объекта юридический: Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Редкодубье, ул.Октябрьская д3/3

Адрес объекта фактический: Республика Мордовия, Ардатовский район, с.Редкодубье, ул.Октябрьская д3/3

Заявитель: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения РМ «Ардатовский психоневрологический интернат».

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Заявление №5 от 09.01.2018г по договору № 6/002839 от 17.05.2018г

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС021/2011)

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Логиновой С.Н. сертификат специалиста № 001426 от 21.03.14г. (срок действия до 21.03.19г.).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Заявление №5 от 09.01.2018г., договор № 6/002839 от 17.05.2018г
2. Протоколы отбора проб от 25.12.2018г.
3. Протоколы лабораторных исследований: № 687 от 26.12.2018г, №6888 от 28.12.2018г, №689 от 27.12.2018г, №690 от 31.12.2018г

Информация по ИЛЦ: ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (аттестат аккредитации №РА. RU. 21HE25 от 21.05.2018г.).

Информация по отбору проб (образцов): Пробы отобраны помощником врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» Корниловой Г.А. сертификат специалиста по специальности «Эпидемиология» № 0713240521283 от 07.04.2015, действителен до 07.04.2020г

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции

Протокол №687 от 26.12.2018г

В исследуемых смывах, отобранных с производственного оборудования медицинских кабинетов мед корпуса, отделений №2, 1,2-5 бактерии группы кишечной палочки не выделены, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», гл 2, п3.4,

Протокол № 688 от 28. 12.2018г

В исследуемых смывах, отобранных с производственного оборудования медицинских кабинетов медицинского корпуса, отделения 1,2-5, отделения №2 патогенные стафилококки не выделены, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», гл 2, п3.4

Протокол №689 от 27.12.2018г

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается.

При микробиологическом исследовании 3 проб (1 процедурный кабинет мед корпуса, 1 проба процедурный кабинет отделения милосердия №1-2,5, 1 проба мед пункт отделения №4, на бактериальную обсемененность воздушной среды на ОМЧ и золотистый стафилококк (*St/ aureus*) золотистый стафилококк не выделен, что соответствуют требованиям п.п. 6.8.гл. I, п. п. 3.4. гл. II, СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», ОМЧ не превышает установленных нормативов, что соответствует требованиям п. п. 3.4. гл. II, приложение №3 СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Протокол №690 от 31.12.2018г

В исследуемых смывах, отобранных из процедурного кабинета, хирургического кабинета, лаборатории из медицинского корпуса с изделий медицинского назначения для контроля стерильности, рост микрофлоры не обнаружен, что соответствует требованиям гл. II п.3.4. СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Врач по общей гигиене:

 _____ Логинова С.Н.

Дата: